

## **ANEXO I**

### **ESPECIFICAÇÕES DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO NA CONDIÇÃO DE COMODATO**

**I.** O fornecedor de itens na condição de comodato deverá disponibilizar cilindros para o armazenamento:

- a)** Cilindro - com capacidade 10 M<sup>3</sup>;
- b)** Cilindro - com capacidade 01 M<sup>3</sup>;
- c)** Cilindro - com capacidade 03 M<sup>3</sup>;

**II.** Eventuais manutenções de quaisquer espécies nos cilindros serão por conta da empresa vencedora, sem qualquer tipo de ônus ao Município.

**III.** O termo de comodato abrangerá dentre outros aspectos, as condições de anexo.